


Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 21131000373 от 27.09.2021г. на поставку мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных для нужд ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск»

1	Способ закупки	Запрос котировок
2	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика	Частное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» города Архангельск» (сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск), 163060, г. Архангельск ул. Тимме, д.5, Телефон (8182) 67-30-10, (8182) 27-00-07 доб.158 Белова Надежда Борисовна, belovanb@medrzd29.ru
3	Предмет процедуры закупки	Поставка мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию для нужд ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск» согласно Техническому заданию (Приложение №4 к Документации о проведении закупки, Приложение №2 проекта договора).
4	Место поставки товара	163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 5, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 9.00 до 16.00. Время и дата доставки должны быть согласованы с Заказчиком за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки.
5	Срок поставки товара и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию	В течение 30 (тридцати) календарных дня с момента заключения договора (Приложение №2 проекта договора).
6	Сведения о начальной (максимальной) цене Договора	Начальная максимальная цена составляет 1060000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
7	Источник финансирования	Средства от предпринимательской деятельности
8	Место, дата и время рассмотрения предложений с заявками участников и подведение итогов.	Срок подачи заявок участников закупки составляет 9 (девять) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика и на электронной площадке ТЭК-Торг. Заявки принимаются в электронной форме: с 27.09.2021 г. с 15ч. 00мин. по 06.10.2021 г. до 15ч. 00мин. (время московское) Порядок подачи заявок - в соответствии с Документацией о проведении закупки. Рассмотрение и оценка заявок участников: 06.10.2021 г. в 16ч. 10мин. (время московское) по адресу: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5
9	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г., размещенного на сайте заказчика.	
10	Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.	

Приложения к извещению о проведении запроса котировок:
 Приложение №1 - Документация о проведении закупки.
 Приложение №2 - Форма котировочной заявки.
 Приложение №3 - Анкета участника закупки.
 Приложение №4 - Техническое задание.
 Приложение №5 - Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии:
 Главный врач



О.А. Савельева

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных для нужд ЧУЗ «Клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» г. Архангельск»

Общие положения

Настоящая документация о проведении закупки подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021г. № ЦДЗ-18.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» от 05 марта 2021г., размещенного на сайте Заказчика.

Извещение и Документация о проведении закупки размещаются на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» г. Архангельск»: www.medrzd29.ru (раздел «Закупки») и на ЭТП: <https://www.tektorg.ru/>.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг, к размерам, упаковке, отгрузке: товар, работы, услуги должны соответствовать по качеству и техническим характеристикам Техническому заданию, Сертификатам Соответствия и Регистрационным удостоверениям.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

2.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке установлены в Извещении.

2.2. Заявка на участие в закупке оформляется по форме Приложения №2 и Приложения №3 к Извещению и подается через ЭТП ТЭК-Torg <https://www.tektorg.ru/> в порядке, установленном документами ЭТП.

2.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

2.3.1. наименование поставляемых товаров (в соответствии с Техническим заданием - Приложение №4 к Извещению). Заявка участника должна содержать конкретные показатели (в объеме не менее указанного количества показателей), позволяющие сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика. Конкретные показатели указываются участником в своей заявке, за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами. Заявка участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должна содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества, или остаточным сроком годности.

2.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2.3.3. идентификационный номер налогоплательщика;

2.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, установленными Документацией.

2.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;

2.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора.

Перечень документов для юридических лиц:

1) Учредительные документы.

2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи котировочной заявки.

5) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора и (или) документов, (протокол, решение) уполномоченного органа управления юридического лица или коллегиального Исполнительного органа о назначении единоличного исполнительного органа или лица;

6) Лицензия, если деятельность, которую осуществляет юридическое лицо подлежит лицензированию.

7) Документы, подтверждающие соответствие товаров, предлагаемых участником закупки.

8) Лицензия поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования или договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание или гарантийное письмо от производителя.

9) Иные документы по усмотрению участника закупки.

Перечень документов для физических лиц:

1) Паспорт физического лица.

2) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

3) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту ее нахождения.

4) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи котировочной заявки.

5) Лицензия, если деятельность, которую осуществляет физическое лицо или индивидуальный предприниматель, подлежит лицензированию.

6) Документы, подтверждающие соответствие товаров, предлагаемых участником закупки.

7) Лицензия поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования или договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание или гарантийное письмо от производителя.

8) Иные документы по усмотрению участника закупки.

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик установлены в Приложении №4 к Извещению.

4. Место и срок поставки товара: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме д. 5 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 9.00 до 16.00 в течение **30 (тридцати) календарных дней** с момента заключения договора.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Извещении.

6. Форма, срок и порядок оплаты товара: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД).

7. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения условий, указанных в проекте Договора, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

8. Срок подачи заявок участников закупки составляет 9 (девять) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика и на электронной площадке ТЭК-Торг. Заявки подаются с **27.09.2021 г. с 15ч. 00мин. по 06.10.2021 г. до 15ч. 00мин. (время московское).**

9. Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

9.1. установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом договора;

9.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

9.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

9.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

9.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

9.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки; с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9.8. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос на разъяснение Документации.

Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой или факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

Заказчик рассматривает запрос о разъяснении котировочной документации в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи котировочных заявок, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок. Заказчик публикует разъяснения на официальном сайте.

11. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки установлены в Извещении о проведении запроса котировок.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Наименьшая цена товара (договора), предложенная участником закупки.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Комиссия заказчика рассматривает котировочные заявки участников на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

- 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
- 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной

(максимальной) цены договора (цены лота);

3) отказа заказчика от проведения процедуры запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика или организатора процедуры закупки).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

14. Отказ заказчика от проведения закупки.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

15. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

16. Требования к обеспечению заявок на участие в закупки: не установлены. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

17. Порядок заключения договора.

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в котировочной документации и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента публикации Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте заказчика по адресу: www.medrzd29.ru (раздел «Закупки») и на электронной площадке по адресу: <https://www.tektorg.ru/>.

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в закупочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок условий.

Председатель конкурсной комиссии:
Главный врач



О.А. Савельева

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных
для нужд ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск»

Адрес: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5,
Телефон: 8 (8182) 67-30-10

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,
место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического
лица),
номер телефона, адрес электронной почты,
банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

№ п/п	Наименование товара/ Характеристика товара, Производитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1		шт.			
Итого:					

Итого сумма договора составляет _____ (Указать цифрами и прописью) руб., в том числе НДС (____ %) _____ рублей и включает в себя стоимость Товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения условий, указанных в Договоре.

Срок гарантийного обслуживания: _____.

Место поставки товара: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дня с момента заключения договора.

Срок и порядок оплаты товара: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД).

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а также прилагаем следующие документы:

Перечень документов для юридических лиц:

- 1) Учредительные документы.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- 3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.
- 4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи котировочной заявки.
- 5) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора и (или) документов, (протокол, решение) уполномоченного органа управления юридического лица или коллегиального Исполнительного органа о назначении единоличного исполнительного органа или лица;
- 6) Лицензия, если деятельность, которую осуществляет юридическое лицо подлежит лицензированию.
- 7) Документы, подтверждающие соответствие товаров, предлагаемых участником закупки.
- 8) Лицензия поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования или договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание или гарантийное письмо от производителя.
- 9) Иные документы по усмотрению участника закупки.

Перечень документов для физических лиц:

- 1) Паспорт физического лица.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(наименование Участника размещения заказа)

- Настоящей заявкой подтверждаем, что у _____
(наименование Участника размещения заказа)

- В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями и требованиями, установленными документацией о закупке не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента публикации Протокола рассмотрения и оценки

котировочных заявок на официальном сайте заказчика по адресу: www.medrzd29.ru (раздел «Закупки») и на электронной площадке по адресу: <https://www.tektorg.ru/>.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____
(Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

(должность подписавшего)

(подпись) М.П.

(фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица	
2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица	
3. 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	ИНН КПП ОГРН ОКПО
4. Юридический адрес/ место жительства участника размещения заказа	Страна Россия Адрес:
5. Почтовый адрес участника размещения заказа	Страна Россия Адрес: Телефон: Факс:
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

Директор
(должность подписавшего
(для юридического лица))

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Техническое задание на поставку мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных.

Техническое задание на поставку мониторов прикроватных реаниматоров и анестезиолога переносных.							
Наименование объекта закупки (товара)	Количество	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (эксплуатационные) объекта закупки (товара), единицы измерения	Показатели товара (значения показателей)			Соответствие технических характеристик реестровой записи КТРУ № 26.60.12.119-00000945	
			Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Иные показатели:		
1. Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения КТРУ № 26.60.12.119-00000945		Характеристики товара, работы, услуги:				1 штука	
		Дополнительные показатели:					
		EtCO2		Наличие			
		FiO2		Наличие			
		FiCO2		Наличие			
		Показатели:					
		Анализ сегмента ST		Наличие			
		Анестетики		Наличие			
		Апноэ		Наличие			
		Аритмия		Наличие			
		Биспектральный индекс		Отсутствует			
		ВЧД		Отсутствует			
		Инвазивное артериальное давление		Отсутствует			
		Насыщение крови кислородом (SpO2)		Наличие			
		Неинвазивное артериальное давление		Наличие			
		Нейромышечная передача		Отсутствует			
		Сердечный выброс		Отсутствует			
		Температура		Наличие			
		Церебральная оксиметрия		Отсутствует			
		Частота дыхания		Наличие			
		Частота пульса		Наличие			
		Частота сердечных сокращений		Наличие			
		ЭКГ		Наличие			
		ЭЭГ		Отсутствует			
		Дополнительные характеристики					
Заказчиком установлены технические характеристики в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ГОСТ Р 56326-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Издания медицинские. Мониторы пациента многофункциональные. Технические требования для государственных закупок которые обусловлены потребностью Заказчика и необходимостью надлежащего проведения мониторинга физиологических показателей пациента.							

Общие требования						
Возрастные группы пациентов				Взрослые, дети новорожденные		Мониторная техника применяется в ЛПУ различных уровней, от ЦРБ до специализированных центров, поэтому необходимо, чтобы была возможность применения монитора у всех возрастных категорий пациентов.
Общие сведения						
Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей				Наличие		ЖК цветной сенсорный дисплей позволяет получить быстрый доступ к управлению монитором, увидеть мониторируемые параметры (у каждого разный цвет).
Размер по диагонали, дюймов	Не менее 15					Согласно ГОСТ п.6.1.2
Число пикселей по горизонтали и вертикали, шт	Не менее 1024x768					Согласно ГОСТ п.6.1.2
Число каналов отображения сигналов, шт.	Не менее 6					Согласно ГОСТ п.6.1.2
Режим «замораживания кривых»				Наличие		Требование не включено в ГОСТ. Однако, в соответствии с профилем ЛПУ и его отделений режим необходим для анализа параметров в определенный момент времени, например, связанный с инвазивной манипуляцией или возникшей тревогой, коллегиального обсуждения, и в учебном процессе (в клинических больницах).
Режим крупных цифр				Наличие		Требование не включено в ГОСТ. Однако, в соответствии с профилем ЛПУ и его отделений режим актуален в случае наблюдения медперсоналом дистанционно нескольких пациентов находящихся в помещении на удалении (большие по площади палаты реанимации). Позволяет быстро оценить основные параметры, не находясь у постели больного или поста медсестры.
Габаритные размеры ширина, мм	Не более 403					Согласно ГОСТ п.6.1.22.
высота, мм	Не более 401					Согласно ГОСТ п.3.2
длина, мм	Не более 200					Согласно ГОСТ п.6.1.3
Масса, кг	Не более 7,5					Согласно ГОСТ п.6.1.22.
Сигналы тревоги						
Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов и экраных сообщений				Наличие		Согласно ГОСТ п.3.2
Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, шт.	Не менее 3					Согласно ГОСТ п.6.1.3
Функция временного отключения сигнала тревоги				Наличие		Согласно ГОСТ п.6.1.3
Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету				Наличие		Согласно ГОСТ п.6.1.3
Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру				Наличие		Согласно ГОСТ п.6.1.3
Автоматическое сохранение в				Наличие		Автоматическое сохранение в памяти фрагментов

памяти фрагментов кривых при выявлении аритмии					кривых необходимо для анализа клинической картины, контроля состояния пациента в динамике. Это очень удобно, поскольку врач физически не может находиться постоянно возле каждого пациента, а при возникновении тревоги через некоторое время у него есть возможность увидеть картину произошедшего по сохраненным кривым.
Запись, хранение и отображение мониторируемых параметров					Согласно ГОСТ п.5.2
Запись мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов		Наличие			Параметры, сохраненные в виде табличных и графических трендов необходимы для анализа клинической картины, контроля состояния пациента в динамике, ведения статистики, написания научных работ.
Длительность записи трендов, ч	Не менее 72				Согласно ГОСТ п. 6.1.4
Минимальное разрешение записи трендов, с	Не более 15				Согласно ГОСТ п. 6.1.4
Передача и обработка данных					
Объединение мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции		Наличие			Согласно ГОСТ п. 6.1.5
Порт Ethernet		Наличие			Согласно ГОСТ п.6.1.5 Требуется для организации проводной компьютерной сети
Порт USB		Наличие			Согласно ГОСТ п. 6.1.5 Требуется для обмена данными с медицинскими и клиническими информационными системами
Мониторируемые параметры и технические характеристики отдельных каналов					
Канал ЭКГ					Согласно ГОСТ п.5.2
Число мониторируемых отведений ЭКГ, шт.	Не менее 12				Согласно ГОСТ п.6.1.8
Оповещение персонала при отсутствии контакта одного из электродов ЭКГ		Наличие			При отсутствии контакта одного из ЭКГ электродов не будет полноценного мониторирования, соответственно не будет возможности провести комплекс лечебных мероприятий на должном уровне, поэтому необходимо наличие сигнала, оповещающего о возникновении данной ситуации.
Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям		Наличие			Согласно ГОСТ п.6.1.8
Числовой диапазон измерения ST-сегмента, мВ			Не уже (-0,9) – 0,9		Согласно ГОСТ п.6.1.8
Скорость развертки ЭКГ: 12,5, 25, 50 мм/с		Наличие			Требование не включено в ГОСТ. Однако, соответствует требованиям ГОСТ 55952-2014 п. 4.2.10
Максимальное количество	Не менее 3				Требование не включено в ГОСТ. Однако,

отображаемых каналов ЭКГ на дисплее одновременно, шт.					отображение 3 кривых ЭКГ имеет важное значение для интерпретации результатов ЭКГ-мониторинга
Защита от разряда дефибриллятора	Наличие				ГОСТ ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013 п. АА. 1 использование с дефибриллятором « что МЕ ИЗДЕЛИЕ должно обеспечивать разумные показания в течение короткого промежутка времени для того, чтобы показывать врачам или пользователям результаты воздействия дефибрилляции» что подразумевает под собой защиту от помех. Подпункт 202.6.2.101 «...Следовательно, через соответствующее время восстановления МЕ ИЗДЕЛИЕ должно восстановить нормальную работу без потери сохраненных данных»
Отображение импульсов кардиостимулятора	Наличие				ГОСТ 60601 Подпункт 201.12.1.101.12 - Возможность отображения импульсов кардиостимулятора
Функция анализа и автоматического распознавания аритмии	Наличие				Наличие функции автоматического распознавания аритмии в ряде ситуаций помогает более раннему выявлению аритмий и более раннему началу интенсивной терапии данных состояний.
Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне работы кардиостимулятора	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, основной задачей кардиостимулятора (водителя ритма) является поддержание или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце бьется недостаточно часто, или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и желудочками (атривентрикулярная блокада). Поэтому измерение ЧСС на фоне работы кардиостимулятора имеет важное значение для оценки эффективности работы кардиостимулятора
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений, 1/мин			Не уже 30- 250		Согласно ГОСТ п.6.1.11.
Канал пульсоксиметрии					Согласно ГОСТ п.5.2
Канал пульсоксиметрии, основанный на технологии масим с нечувствительным к движению алгоритмом обработки сигнала, а также дополнительной обработкой сигналов, полученных в области красного и инфракрасного спектра, с целью компенсации помехи от поглощения света венозной крови	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, данная технология является высокоточной при измерениях SpO2 при движении пациента и при слабой перфузии. Неточное измерение пульсоксиметрии и частоты пульса в сложных условиях оказывает отрицательное влияние на принятие клинических решений, а также клинические и экономические результаты
Режимы усреднения 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14 и 16 секунд	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако режимы усреднения необходимы для получения корректного результата у пациентов с различной степенью двигательной активности, например короткое время (2-4сек) усреднения используется у обездвиженных пациентов

3 уровня чувствительности: APOD (Adaptive Probe Off Detection), Norm и Max					(мониторинг сна, анестезия) и позволяет наиболее быстро фиксировать изменения SpO ₂ , длительное (14-16 сек) используется у подвижных пациентов для получения более надежного и стабильного результата.
Измерение частоты пульса (ЧП), насыщения артериальной крови кислородом SpO ₂	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие	Требование не включено в ГОСТ. Однако, позволяет выбрать наиболее подходящую степень сочетания чувствительности к изменениям SpO ₂ и к отсоединению датчика. Режим чувствительности «APOD» (Adaptive Probe Off Detection) – адаптивное обнаружение отсоединения датчика) наименее чувствителен при получении измерений пациентов с низкой перфузией, но является наилучшим для обнаружения отсоединения датчика. Режим важен для пациентов с повышенным риском отсоединения датчика (дети, амбулаторные, неадекватные пациенты и т.п.). Режим чувствительности «Norm» обеспечивает наилучшее сочетание чувствительности и определения отсоединения датчика. Этот режим рекомендуется для большинства пациентов. Режим чувствительности «Max» применяется для наиболее тяжелых пациентов, для интерпретации и отображения данных в условиях слабого сигнала (низкой перфузии).
Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (фотоплетизмограмма)	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие	Измерение частоты пульса и SpO ₂ входит в Гарвардский стандарт мониторинга и является базовым. По данным параметрам можно оценить возникновение множества патологических ситуаций и принять необходимые меры реанимации и интенсивной терапии.
Точность измерений SpO ₂ , %	Не более ±2		Не уже 70 - 100		Необходимо для проведения визуальной оценки мониторинга насыщения артериальной крови кислородом
Диапазон измерения SpO ₂ , %			Не уже 25 - 240		Согласно ГОСТ п.6.1.7.
Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO ₂ , уд./мин			Не уже 0,1 - 20		Согласно ГОСТ п.6.1.7.
Диапазон измерения индекса перфузии PI, %					Существуют определенные границы и нормы индекса перфузии, он не может быть ниже 0,1 и, как правило, не бывает выше 20
Канал термометрии	Не менее 2				Согласно ГОСТ п.5.2
Количество каналов					Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Измерение разницы температур	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие	Требование не включено в ГОСТ. Однако, поверхностная термометрия (1ый канал) удобна для персонала и пациента и может быть достаточной в ряде случаев. Необходимость в измерении центральной (например, ректальной) температуры (2ой канал) возникает при выраженном истощении пациентов, когда поверхностный датчик не может быть достаточно плотно охвачен мягкими тканями подмышечной области, в случае общего переохлаждения, когда

Диапазон измерения температуры, °C					температура внутренних органов может быть нормальной, а на поверхности кожного покрова будет пониженной; при кожных поражениях или воспалительных процессах в подмышечных впадинах, а также воспаленных слизистой полости рта, при бессознательном состоянии пациента. При длительном анестезиологическом пособии температура кожная и центральная могут значительно отличаться, поэтому требуется отслеживание именно разницы центральной и поверхностной термометрий.
Погрешность измерения температуры тела, °C	Не более ±0,1				Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Типы подключаемых температурных датчиков: и поверхностный и внутриполостной		Наличие			Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Канал НИАД					Согласно ГОСТ п.5.2
Неинвазивное измерение артериального давления с возможностью подключения манжет различного размера		Наличие			Требование о манжетах не включено в ГОСТ. Однако соответствует ГОСТ 30324.30-2002, который допускает применение манжет без уточнения размера
Метод измерения осциллометрический		Наличие			Требование о манжетах не включено в ГОСТ. Однако Преимущество осциллометрического метода по сравнению с аускультативным методом. Точность результата не зависит от физиологических особенностей измеряющего; Нет требований к специальным навыкам и обучению; Устойчивость к внешнему шуму, Возможность работы даже через тонкую ткань одежды, Определение давления даже при слабых тонах Короткова, «бесконечном тоне» и «аускультативном провале» Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон измерения систолического давления, мм рт. ст.			Не уже 10 - 300		Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон измерения диастолического давления, мм рт. ст.			Не уже 10 - 300		Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон измерения среднего давления, мм рт. ст.			Не уже 10 - 300		Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Режимы измерения: однократный, автоматический через заданные промежутки времени		Наличие			Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон интервалов времени автоматического измерения, мин			Не уже 1-240		Требование не включено в ГОСТ. Однако данный параметр позволяет пользователю регулировать время проведения измерения.
Калькуляторы					
Калькулятор для расчета		Наличие			Согласно ГОСТ п.5.2

дозировки и концентрации лекарственных средств и таблица титрования					Таблица титрования облегчает работу врача и экономит время на более важную работу, позволяя быстро вычислить необходимые суточные или часовые дозировки применяемых препаратов.
Вычисление параметров гемодинамики (Гемодинамический калькулятор)	Наличие				Согласно ГОСТ п.5.2 Расчет показателей параметров гемодинамики на калькуляторе облегчает работу врача и экономит время на более важную работу, выдается достаточно широкий спектр параметров. По итогам полученных данных проводится коррекция интенсивной терапии.
Вычисление параметров оксигенации (Калькулятор оксигенации)	Наличие				Согласно ГОСТ п.5.2 Расчет показателей параметров оксигенации на калькуляторе облегчает работу врача и экономит время на более важную работу, выдается достаточно широкий спектр параметров. По итогам полученных данных проводится коррекция интенсивной терапии.
Вычисление параметров вентилиции (Калькулятор вентилиции)	Наличие				Согласно ГОСТ п.5.2 Расчет показателей параметров вентилиции на калькуляторе облегчает работу врача и экономит время на более важную работу, выдается достаточно широкий спектр параметров. По итогам полученных данных проводится коррекция интенсивной терапии.
Дополнительная функция					Калькулятор почечной функции или Анализ сегмента ST по 12-ти отведениям с использованием 10-ти электродов
Канал измерения параметров дыхания					Требование не включено в ГОСТ. Однако, калькулятор почечных функций используется для расчета СКФ (скорости клубочковой фильтрации, или клиренса креатинина) по формуле Кокрофта-Гола (Cockcroft-Gault) во взрослом профиле или по формуле методом Шварца (Schwartz) в детском и неонатальном профилях. Анализ сегмента ST по 12-ти отведениям с использованием 10-ти электродов позволяет более точно определить числовое значение ST-сегмента.
Метод измерения: измерение импеданса между электродами ЭЖ	Наличие				Согласно ГОСТ п.5.2
Отображение респирограммы	Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.10.
Диапазон измерения частоты дыхания, 1/мин				Не уже 5-120	Согласно ГОСТ п.6.1.10.
Канал мониторинга глубины седации					Согласно ГОСТ п.5.2
Метод измерения					Согласно ГОСТ п.6.1.2. требует отображение кривых на дисплее без уточнения их наименований
Расчет индекса по данным	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, в медицинской практике известны абсолютно идентичные методы мониторинга, основанные на одних и тех же принципах, но имеющие разные наименования в силу патентов
					Согласно ГОСТ п.6.1.8.19

спектрального анализа ЭЭГ и ЭМГ						Согласно ГОСТ п.6.1.8.14, ГОСТ Р 50267.26-95
Отображаемые графические параметры: - Кривая ЭЭГ - Тренд индекса - Тренд уровня ЭМГ составляющей - Величина импеданса электродов	Наличие					
Канал анализа газовой смеси, в том числе концентрации кислорода, закиси азота и ингаляционных анестетиков						Согласно ГОСТ п.5.2
Мониторируемые параметры: парциальное давление CO ₂ , концентрация N ₂ O, концентрация O ₂ , концентрация летучих анестетиков (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, десфлюран)	Наличие					Согласно ГОСТ п.5.2
Расчет минимальной альвеолярной концентрации	Наличие					Согласно ГОСТ п.6.1.15
Измерение частоты дыхания по калнограмме	Наличие					Согласно ГОСТ п.6.1.15
Измеряемые и отображаемые параметры: EtCO ₂ , FiCO ₂ , чД, FIO ₂ , EIO ₂ , FiN ₂ O, EtN ₂ O, FIAx, EtAx	Наличие					Согласно п.5.2 может производить анализ чД в соответствии с данными калнографии
Диапазон измерения парциального давления CO ₂ , мм.рт.ст.			Не уже 0-100			Согласно ГОСТ п.6.1.15
Диапазон измерения концентрации O ₂ , %			Не уже 0-100			Согласно ГОСТ п.6.1.15
Диапазон измерения концентрации N ₂ O, %			Не уже 0-100			Согласно ГОСТ п.6.1.15
Диапазон измерений концентрации анестетиков: галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso) в диапазоне, % севофлюран (Sev) в диапазоне, % десфлюран (Des) в диапазоне, %			Не уже 0 – 5 Не уже 0 – 8 Не уже 0 - 18			Согласно ГОСТ п.6.1.15
Одновременное графическое отображение на дисплее кривых CO ₂ , O ₂ и любого анестетика по выбору пользователя	Наличие					Согласно ГОСТ п.6.1.15
Дополнительный канал					Канал мониторинга электроэнцефалографии по 8 биполярным каналам ЭЭГ с измерением SEF, MDF, PRF	Требование не включено в ГОСТ. Однако, в условиях интенсивной терапии в искусственной или патологической коме, при длительном протезировании функции внешнего дыхания,

				TP, CSA, % отношение мощности воли (Delta 1-4 Гц, %Theta 4-8 Гц, Alpha 8-13 Гц, Beta 13-30 Гц, Gamma 30-50 Гц) или канал мониторинга метаболических потребностей пациента методом непрямой калориметрии (потребление кислорода VO₂, экскреция углекислоты VCO₂, истинная энергопотребность EE, респираторный коэффициент RQ)	анорексии, эндогенных экзогенных интоксикациях, необходима точная коррекция и нутритивная поддержка является в этих случаях жизненно важным компонентом. Канал мониторинга метаболических потребностей пациента методом непрямой калориметрии позволяет не только определить энергетическую потребность, но и предоставляет данные по потреблению кислорода (имеет диагностическое значение при формировании септического очага, например), а также респираторный коэффициент. Интерпретация последнего помогает правильно выстроить программу нутритивной поддержки, так как отображает, какие субстраты в данный момент преимущественно окисляются – белки, жиры или углеводы. Канал мониторинга электроэнцефалографии по 8 биполярным каналам ЭЭГ предназначен для первичной диагностики ряда неврологических заболеваний и проведения дифференциальной диагностики клинически сходных состояний, где имеется необходимость проведения длительного мониторингирования электрической активности головного мозга. Известно, что рутинная ЭЭГ в таких случаях не позволяет получать достоверную информацию и проводить контролируемое лечение. Значительное количество неврологических отклонений не отражаются на записи ЭЭГ при кратковременной регистрации в кабинете врача. Так, многие приступы эпилепсии случаются во сне или в состоянии пробуждения.
Характеристики питания					Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Напряжение, В			220±22		Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Частота, Гц			50±0,5		Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Потребляемая мощность, В.А		Не более 100			Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Время работы от полностью заряженного аккумулятора, ч		Не менее 1			
Индикация состояния питания и заряда батареи			Наличие		Требование не включено в ГОСТ. Однако, индикатор состояния питания и заряда батареи сигнализирует о способности прибора работать и о состоянии заряда батареи
Термопринтер					Согласно ГОСТ п.6.1.12
Печать табличных трендов и фрагментов кривых на встроенном термопринтере			Наличие		
Количество одновременно распечатываемых кривых, шт.		Не менее 3			Согласно ГОСТ п.6.1.25
Условия эксплуатации					Согласно ГОСТ п.6.1.25
Диапазон температуры окружающего воздуха, °С				Не уже 10- 35	
Диапазон относительной влажности, %				Не уже 40 - 80	
Диапазон атмосферного давления, мм рт. ст.				Не уже 700 - 800	
Класс электробезопасности			Класс I при питании от сети		Согласно ГОСТ п.6.1.25

			переменного тока, класс II при питании от внешнего источника постоянного тока			
Гарантийный срок эксплуатации, лет	Не менее 2					Согласно ГОСТ п.6.1.26
Комплектация на единицу товара						
Электронный блок, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Одноразовые ЭКГ электроды (для взрослых), шт.	Не менее 50					Установлено для определения комплектности оборудования
Кабель пациента, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Датчик пульсоксиметрический многоканальный взрослый/детский масимо, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Кабель датчика пульсоксиметрического, совместимый с датчиком масимо, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Датчик температуры поверхностный многоканальный, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Шланг для манжеты НИАД, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Манжета НИАД многоканальная для детей, шт.	Не менее 1					Установлено для определения комплектности оборудования
Манжета НИАД многоканальная для взрослых, шт.	Не менее 2					Установлено для определения комплектности оборудования
Комплект принадлежностей для канала мониторинга глубины седации	Не менее 1				Модуль мониторинга глубины седации с комплектом расходных материалов (электроды 100 шт) или Комплект аксессуаров для BIS-технологии на 100 пациентов	Установлено для определения комплектности оборудования
Комплект принадлежностей для канала анализа анестезиологических газов, комплект	Не менее 2					Установлено для определения комплектности оборудования
Комплектность модуля для мониторинга ЭЭГ - внешний модуль ЭЭГ для подключения электродов - 1 шт., - Кабель соединительный ЭЭГ - 1 шт., - Электроды ЭЭГ дисковые (1 набор) - Игольчатые электроды (набор одноразовых)					Не менее 1 (в случае предложения к поставке монитора с каналом мониторинга электроэнцефалографии или не требуется (в случае предложения к поставке канал мониторинга метаболических потребностей пациента))	Установлено для определения комплектности оборудования

		электродов 50 шт/уп и полоски-разметка для установки электродов), комплект							Установлено для определения комплектности оборудования
		Кабель питания, шт.	Не менее 1						Установлено для определения комплектности оборудования
		Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.	Не менее 1						

Наименование объекта закупки (товара)	Количество	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта (эксплуатационные) объекта закупки (товара), единицы измерения	Показатели товара (значения показателей)				Соответствие технических характеристик реестровой записи КТРУ № 26.60.12.119-00000945
			Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне:	Иные показатели:	
1	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения КТРУ № 26.60.12.119-00000945	Характеристики товара, работы, услуги: Дополнительные показатели: EtCO2 FiO2 FiCO2 Показатели: Анализ сегмента ST Анестетики Апноэ Аритмия Биспектральный индекс ВЧД Инвазивное артериальное давление Насыщение крови кислородом (SpO2) Неинвазивное артериальное давление Психомышечная перелача Сердечный выброс Температура Церебральная оксиметрия Частота дыхания Частота пульса Частота сердечных сокращений ЭКГ ЭЭГ Дополнительные характеристики					1 штука
							характеристика является обязательной для применения
							Заказчиком установлены технические характеристики в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

					нужд», ГОСТ Р 56326-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Мониторы пациента многофункциональные. Технические требования для государственных закупок которые обусловлены потребностью Заказчика и необходимостью надлежащего проведения мониторинга физиологических показателей пациента.
Общие требования					
Возрастные группы пациентов				Взрослые, дети новорожденные	Мониторная техника применяется в ЛПУ различных уровней, от ЦРБ до специализированных центров, поэтому необходимо, чтобы была возможность применения монитора у всех возрастных категорий пациентов.
Общие сведения					
Жидкокристаллический сенсорный дисплей	цветной			Наличие	ЖК цветной сенсорный дисплей позволяет получить быстрый доступ к управлению монитором, увидеть мониторируемые параметры (у каждого разный цвет).
Размер по диагонали, дюймов		Не более 7			Согласно ГОСТ п.6.1.2
Число пикселей по горизонтали и вертикали, шт		Не менее 480x272			Согласно ГОСТ п.6.1.2
Число каналов отображения сигналов, шт.		Не менее 3			Согласно ГОСТ п.6.1.2
Режим «замораживания кривых»				Наличие	Требование не включено в ГОСТ. Однако, в соответствии с профилем ЛПУ и его отделений режим необходим для анализа параметров в определенный момент времени, например, связанный с инвазивной манипуляцией или возникшей тревогой, коллегияльного обсуждения, и в учебном процессе (в клинических больницах).
Режим крупных цифр				Наличие	Требование не включено в ГОСТ. Однако, в соответствии с профилем ЛПУ и его отделений режим актуален в случае наблюдения медперсоналом дистанционно нескольких пациентов находящихся в помещении на удалении (большие по площади палаты реанимации). Позволяет быстро оценить основные параметры, не находясь у постели больного или поста медсестры.
Габаритные размеры					Согласно ГОСТ п.6.1.22.
ширина, мм		Не более 250			
высота, мм		Не более 220			
длина, мм		Не более 200			
Масса, кг		Не более 3,5			
Сигналы тревоги					
Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых				Наличие	Согласно ГОСТ п.6.1.22.
					Согласно ГОСТ п.3.2
					Согласно ГОСТ п.6.1.3

индикаторов и экранных сообщений						Согласно ГОСТ п.6.1.3
Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, шт.	Не менее 3					Согласно ГОСТ п.6.1.3
функция временного отключения сигнала тревоги		Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.3
Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету		Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.3
Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру		Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.3
Автоматическое сохранение в памяти фрагментов кривых при выявлении аритмии		Наличие				Автоматическое сохранение в памяти фрагментов кривых необходимо для анализа клинической картины, контроля состояния пациента в динамике. Это очень удобно, поскольку врач физически не может находиться постоянно возле каждого пациента, а при возникновении тревоги через некоторое время у него есть возможность увидеть картину произошедшего по сохраненным кривым.
Запись, хранение и отображение мониторируемых параметров						Согласно ГОСТ п.5.2
Запись мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов		Наличие				Параметры, сохраненные в виде табличных и графических трендов необходимы для анализа клинической картины, контроля состояния пациента в динамике, ведения статистики, написания научных работ.
Длительность записи трендов, ч	Не менее 120					Согласно ГОСТ п. 6.1.4
Минимальное разрешение записи трендов, с	Не более 15					Согласно ГОСТ п. 6.1.4
Передача и обработка данных						
Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции		Наличие				Согласно ГОСТ п.5.4
Порт Ethernet		Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.5 Требуется для организации проводной компьютерной сети
Мониторируемые параметры и технические характеристики						
отдельных каналов						Согласно ГОСТ п.5.2
Канал ЭКГ						Согласно ГОСТ п.6.1.8
Число мониторируемых отведений ЭКГ, шт.	Не менее 6					При отсутствии контакта одного из ЭКГ электродов не будет полноценного мониторирования, соответственно не будет возможности провести комплекс лечебных мероприятий на должном уровне, поэтому необходимо наличие сигнала, оповещающего о возникновении данной ситуации.
Оповещение персонала при отсутствии контакта одного из электродов ЭКГ		Наличие				Согласно ГОСТ п.6.1.8
Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям		Наличие				

Числовой диапазон измерения ST-сегмента, мВ			Не уже (-1) - 1		Согласно ГОСТ п.6.1.8.
Скорость развертки ЭКГ: 12,5, 25, 50 мм/с	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, соответствует требованиям ГОСТ 55952-2014 п. 4.2.10
Максимальное количество отображаемых каналов ЭКГ на дисплее одновременно, шт.	Не менее 3				Требование не включено в ГОСТ. Однако, отображение 3 кривых ЭКГ имеет важное значение для интерпретации результатов ЭКГ-мониторинга
Защита от разряда дефибриллятора	Наличие				ГОСТ ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013 п. АА. 1 использование с дефибриллятором «что МЕ ИЗДЕЛИЕ должно обеспечивать разумные показания в течение короткого промежутка времени для того, чтобы показывать врачам или пользователям результаты воздействия дефибрилляции» что подразумевает под собой защиту от помех. Подпункт 202.6.2.101 «...Следовательно, через соответствующее время восстановления МЕ ИЗДЕЛИЕ должно восстановить нормальную работу без потери сохраненных данных»
Отображение импульсов кардиостимулятора	Наличие				ГОСТ 60601 Подпункт 201.12.1.101.12 - Возможность отображения импульсов кардиостимулятора
Функция анализа и автоматического распознавания аритмий	Наличие				Наличие функции автоматического распознавания аритмий в ряде ситуаций помогает более раннему выявлению аритмий и более раннему началу интенсивной терапии данных состояний.
Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне работы кардиостимулятора	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, основной задачей кардиостимулятора (водителя ритма) является поддержание или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце бьется недостаточно часто, или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и желудочками (атриовентрикулярная блокада). Поэтому измерение ЧСС на фоне работы кардиостимулятора имеет важное значение для оценки эффективности работы кардиостимулятора
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений, 1/мин			Не уже 15-350		Согласно ГОСТ п.6.1.11.
Канал пульсоксиметрии					Согласно ГОСТ п.5.2
Измерение частоты пульса (ЧП), насыщения артериальной крови кислородом SpO ₂	Наличие				Требование не включено в ГОСТ. Однако, данная технология является высокоточной при измерениях SpO ₂ при движении пациента и при слабой перфузии. Неточное измерение пульсоксиметрии и частоты пульса в сложных условиях оказывает отрицательное влияние на принятие клинических решений, а также

Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (фотоплетизмограмма)		Наличие			клинические и экономические результаты. Необходимо для проведения визуальной оценки мониторинга насыщения артериальной крови кислородом
Диапазон измерения SpO_2 , %				Не уже 70 - 100	Согласно ГОСТ п.6.1.7.
Точность измерений в диапазоне 70-100% SpO_2 , %	Не более ± 3				Согласно ГОСТ п.6.1.7.
Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO_2 , уд./мин				Не уже 20 - 254	Согласно ГОСТ п.6.1.7.
Канал термометрии					Согласно ГОСТ п.5.2
Количество каналов	Не менее 2				Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Измерение разницы температур		Наличие			Требование не включено в ГОСТ. Однако, поверхность термометрии (1ый канал) удобна для персонала и пациента и может быть достаточной в ряде случаев. Необходимость в измерении центральной (например, ректальной) температуры (2ой канал) возникает при выраженном истощении пациентов, когда поверхностный датчик не может быть достаточно плотно охвачен мягкими тканями подмышечной области, в случае общего переохлаждения, когда температура внутренних органов может быть нормальной, а на поверхности кожного покрова будет пониженной; при кожных поражениях или воспалительных процессах в подмышечных впадинах, а также воспаленных слизистой полости рта, при бессознательном состоянии пациента. При длительном анестезиологическом пособии температура кожная и центральная могут значительно отличаться, поэтому требуется отслеживание именно разницы центральной и поверхностной термометрий.
Диапазон измерения температуры, °C				Не уже 0 - 50	Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Потребность измерения температуры тела, °C	Не более $\pm 0,1$				Согласно ГОСТ п.6.1.12.
Типы подключаемых температурных датчиков: поверхностный и внутриполостной		Наличие			Возникают ситуации, когда для оценки состояния больного необходимо измерение температуры поверхности тела и измерение внутриполостной температуры, поэтому в мониторе должна быть такая возможность.
Канал НИИД					Согласно ГОСТ п.5.2
Неинвазивное измерение артериального давления с возможностью подключения манжет различного размера		Наличие			Требование о манжетах не включено в ГОСТ. Однако соответствует ГОСТ 30324.30-2002, который допускает применение манжет без уточнения размера
Метод осциллометрический		Наличие			Требование о манжетах не включено в ГОСТ. Однако Преимущества

					осциллометрического метода по сравнению с аускультативным методом. Точность результата не зависит от физиологических особенностей измеряющего; Нет требований к специальным навыкам и обучению; Устойчивость к внешнему шуму; Возможность работы даже через тонкую ткань одежды; Определение давления даже при слабых тонах Короткова, «бесконечном тоне» и «аускультативном провале»
Диапазон измерения систолического давления, мм рт. ст.				Не уже 40 - 270	Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон измерения диастолического давления, мм рт. ст.				Не уже 10 - 210	Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Диапазон измерения среднего давления, мм рт. ст.				Не уже 20 - 230	Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Режимы измерения: однократный, автоматический через заданные промежутки времени			Наличие		Согласно ГОСТ п.6.1.9.
Дополнительный канал АД					Согласно ГОСТ п.6.1.9.
				Канал непрерывного анализа НИАД, реализованный с помощью метода оценки задержки пульсовой волны с автоматическим запуском измерения НИАД в случае выхода за установленные пороги тревог или Канал измерения инвазивного давления	Требование не включено в ГОСТ. Однако канал непрерывного анализа НИАД позволяет обнаружить внезапные изменения АД до установившегося по времени очередного измерения, что увеличивает безопасность пациента; предупреждает создание избыточного давления в манжете, которое может создавать для пациента дискомфорт. Канал непрерывного анализа ИАД и валидальности систолического давления и пульсового давления позволяет в режиме реального времени оценить волнометрический статус пациента и принять правильное клиническое решение относительно инфузионной или инотропной коррекции гемодинамики. Кроме того, метод оценки включен в протоколы оценки гемодинамики критических пациентов.
Канал мониторинга сердечного выброса					Согласно ГОСТ п.5.2
Технология				Возможность при дополнительном оснащении, инвазивная технология измерения без использования одноразовых расходных материалов методом объемно-компрессионной осциллометрии или Возможность при дополнительном оснащении	Большинство пациентов отделений анестезиологии и реанимации находятся в критическом состоянии и для проведения адекватной интенсивной терапии и реанимационных мероприятий необходим мониторинг данных центральной гемодинамики. Преимуществом инвазивной технологии измерения является тот факт, что она не требует особой квалификации персонала, позволяет снизить расходы на

				малонинвазивная технология измерения непрерывного сердечного выброса, основанная на анализе контура каждой пульсовой волны, получаемой при инвазивном измерении артериального давления с периодической калибровкой методом трансгрудимональной термодилуции с использованием артериального и центрального венозного катетера по технологии PICCO	эксплуатацию оборудования, а так же снижает исключает фактор человеческой ошибки при инъекции катетера
Мониторимые параметры: - Ударный объем - Сердечный выброс - Системное сосудистое сопротивление - Сердечный индекс - Ударный индекс Индекс системного сосудистого сопротивления		Возможность при дополнительном оснащении			Перечисленные параметры являются основными для принятия врачом решения в измерении тактики проводимой интенсивной терапии.
Диапазон измерений сердечного выброса, л/мин			Не уже 1 - 20		Согласно ГОСТ п.6.1.17
Каннография в основном потоке					
Метод измерения, в главном потоке, без отбора пробы		Возможность при дополнительном оснащении			Согласно ГОСТ п.6.1.17.
Диапазон измерения парциального давления углекислого газа, мм рт ст		Возможность при дополнительном оснащении			Согласно ГОСТ п.6.1.17.
Отображение на дисплее каннограммы, EtCO2, F _i CO2, частоты дыхания		Возможность при дополнительном оснащении			Согласно ГОСТ п.6.1.14.
Применение совместно с каннографом многогорловых адаптеров, стерилизуемых автоклавированием при температуре 134°C		Возможность при дополнительном оснащении			Согласно ГОСТ п.6.1.14.
Канал измерения параметров дыхания					Согласно ГОСТ п.5.2
Метод измерения: измерение импеданса между электродами ЭКГ		Наличие			Согласно ГОСТ п.6.1.10.
Отображение респиратораммы		Наличие			По респираторамме проводится анализ дыхания пациента и коррекция интенсивной терапии
Диапазон измерения частоты дыхания, 1/мин			Не уже 5 – 150		Согласно ГОСТ п.6.1.10.
Характеристики питания					
Напряжение, В		220±22			Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Частота, Гц		50±0,5			Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Время работы от полностью заряженного аккумулятора, ч	Не менее 2				Согласно ГОСТ п.6.1.24.
Индикация состояния питания и		Наличие			Требование не включено в ГОСТ. Однако,

заряда батареи						индикатор состояния питания и заряда батареи сигнализирует о способности прибора работать и о состоянии заряда батареи
Термопринтер						
Печать табличных трендов и фрагментов кривых						Возможность при дополнительном оснащении печатать табличных трендов и фрагментов кривых на встроенном термопринтере или Возможность при дополнительном оснащении передать табличных трендов и фрагментов кривых в информационную систему клиники
Условия эксплуатации						
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C					Не уже 10- 35	Согласно ГОСТ п.6.1.25
Диапазон относительной влажности, %					Не уже 40 - 80	Согласно ГОСТ п.6.1.25.
Класс электробезопасности				класс I при питании от сети переменного тока, класс II при питании от внешнего источника постоянного тока		Согласно ГОСТ п.6.1.25
Гарантийный срок эксплуатации, лет,		не менее 2				Согласно ГОСТ п.6.1.26
Комплектация на единицу товара						
Электронный блок, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования
Одноразовые ЭКГ электроды (для взрослых), шт.		не менее 50				Установлено для комплектности оборудования
Кабель пациента, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования
Датчик пульсоксиметрический (пальцевая клипса) многоканальный, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования
Шланг для манжеты НИАД, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования
Манжета НИАД многоканальная для взрослых, шт.		не менее 2				Установлено для комплектности оборудования
Кабель питания, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования
Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.		не менее 1				Установлено для комплектности оборудования

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в соответствии со ст. 38 Федерального Закона №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме сертификата соответствия или принятия декларации о соответствии.

Требования по комплектности товаров: Товар должен быть поставлен в требуемой комплектации со всеми необходимыми материалами, кабелями и переходниками, необходимыми для монтажа Оборудования.

При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом;
б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке.

Требования по сроку гарантий качества: Гарантия производителя на Оборудование составляет **не менее 12 месяцев**. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование.

Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен соответствовать сопровождаемым документам по качеству.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии правильной эксплуатации.

Год выпуска Товара: не ранее 2020 года.

Место поставки товара: 163000 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дня после заключения договора по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

В срок поставки включается доставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, инструктаж специалистов Заказчика, одновременно.

Услуги по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, должны быть оказаны в течение 1 (одного) рабочего дня со дня завершения работ по вводу Товара в эксплуатацию.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

В случае возникновения неопределенности по использованию требований нормативных документов, противоречий, возникающих в трактовке различных понятий, определений и требований или последовательности действий, отсутствия каких-либо требований, характеристик или иной информации, необходимости выбора варианта решения при наличии их многовариантности и других неопределенных ситуациях Поставщик обязан согласовать принимаемое решение с Заказчиком.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Договор № 21131000373
поставки товара (с сопутствующими работами)

г. Архангельск

«__» _____ 20__ г.

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника "РЖД-Медицина" города Архангельск" (ЧУЗ "КП "РЖД-Медицина" г. Архангельск"), именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Савельевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (_____), именуемое далее «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», на основании проведенного ЧУЗ "КП "РЖД-Медицина" г. Архангельск" запроса котировок (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №21131000373 от «__» _____ 2021г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок мониторов прикроватных реаниматолога и анестезиолога переносных (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а также выполнить работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром (далее - Работы), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и Работы.

1.2. Срок поставки Товара определяется в Графике поставки (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме, д. 5.

1.4. Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию, инструктажу работников Покупателя осуществляются в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение №2 к настоящему Договору).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору включает в себя работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, и составляет — _____ (_____) рублей ____ копеек (в том числе НДС (____%)/ или НДС не облагается на основании _____).

2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

2.2.1. Окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

2.4. Покупатель может уведомить Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов "Электронный ордер", в сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию производителя, паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, декларацию соответствия, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов: товарную накладную формы (ТОРГ-12); счет-фактуру (при обложении НДС).

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру.

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором.

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.8. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.1.9. При выполнении работ, находясь по адресу Покупателя: г. Архангельск, ул. Тимме, д.5, работники Поставщика должны соблюдать установленный на объекте режим и правила пожарной безопасности.

3.1.10. Работники Поставщика, находясь по адресу Покупателя: г. Архангельск, ул. Тимме, д.5, должны соблюдать действующие санитарные правила и нормы (работники Покупателя должны иметь средства индивидуальной защиты), согласно требованиям законодательства РФ. В случае применения к Покупателю штрафных санкций со стороны надзорных органов за нахождение работников Поставщика по адресу Покупателя без средств индивидуальной защиты или за нарушение ими иных санитарных правил и требований законодательства РФ в ходе исполнения настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю все понесенные им в связи с применением к нему таких санкций расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем *товарной накладной формы*

(ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончании представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае, если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель вправе отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет _____ с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 14 дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий настоящего Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения стоимости поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечить полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер настоящего Договора,
наименование Товара,
модель,
количество изделий в упаковке, всего,
получатель,
вес нетто в кг,
размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина,
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайно гибели или порчи Товара до окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;
- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12)/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить стоимость Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить стоимость Товара на стоимость не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициатирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.7. настоящего Договора, несвоевременной поставки или просрочки Поставщиком сроков работ по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения настоящего Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по настоящему Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий настоящего Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: 8(8182) 67-30-10, nuz-secretar@medrzd29.ru.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: _____.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинается течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1. Спецификация (Приложение №1).

15.7.2. График поставки (Приложение №2).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель:

ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск»

Юридический адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 5.

Почтовый адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 5.

Телефон: (8182) 67-30-10

ИНН 2901126556

КПП 290101001

ОГРН 1042900020239

р/сч 407038104103900000004 Филиал «Центральный»

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва

БИК 044525411

к/сч 30101810145250000411

nuz-secretar@medrzd29.ru

Поставщик:

Место нахождения:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

К/С:

Банк:

БИК:

Р/С:

Электронная почта:

Главный врач _____ /О.А. Савельева/

_____ / _____ /

Спецификация

№ п/п	Наименование Товара /Производитель /Страна производства	Ед. изм.	Кол-во	НДС,%. /НДС не облагается	Цена за ед. с НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Стоимость включая НДС руб./ НДС облагается
1							
ИТОГО:							

Итого по Спецификации - _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% - _____
(_____) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя

от Поставщика

Главный врач _____ /О.А. Савельева/

_____ / _____ /

График поставки

№ п/п	Наименование Товара /Работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата поставки/ выполнения работ по монтажу/ вводу в эксплуатацию/ проведения инструктажа	Время час/мин
1		Шт.	1	Дата поставки Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дня с момента подписания Сторонами настоящего Договора, по заявке Покупателя, направленной посредством АСЗ «Электронный ордер»	с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 17:00 ч., за исключением нерабочих праздничных дней.
2	Работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию	-	-	В течение 5 (пяти) дней с момента поступления письменного уведомления от Покупателя о готовности проведения указанных работ	с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 17:00 ч., за исключением нерабочих праздничных дней.
3	Проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром	-	-	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня завершения работ по вводу Товара в эксплуатацию	с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 17:00 ч., за исключением нерабочих праздничных дней.

от Покупателя

от Поставщика

Главный врач _____/О.А. Савельева/

_____ / _____ /