

Техническое задание

1. Общие требования:

1. Все поставляемые товары должны быть серийно изготовленными в заводских условиях, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;

2. На поставляемых товарах не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемых товаров.

№	Наименование	ед	Технические характеристики	Кол-во	Пример	Аппарат
1	Реостат	шт	Номинальная мощность 0.5Вт Диапазон сопротивлений 1...2200 Ком Предельное рабочее напряжение 300В Вал ВС2-20	1	СП4-2Ма	Искра
2	Небулайзерная камера NE-C29	шт	Небулайзерная камера в сборе: резервуар, крышка резервуара, отбойник, заглушка + маска или загубник.	2		NE-C29 небулайзер
3	Лампа галоненная с отражателем	шт	Номинальное напряжение 15В Номинальная мощность 150Вт Цветовая температура не менее 3250К Фокусная длина 32мм Диаметр не менее 50мм Длина 42 мм Срок службы не менее 500 ч Цоколь GL6.35	2	64620	CLK-4 осветитель
4	ТЭНы	шт	Мощность, кВт 2,7 Напряжение, В 220 Материал нерж/сталь Габаритные размеры, мм 80x110x56 Масса, кг 0,3 Диаметр оболочки, мм 8 Резьба штуцеров (втулок для установки) М14х1,5 Резьба контактных стержней М3 Длина в развернутом состоянии, мм 1600	6	ТЭН 160.06.000	Дистиллятор Кулой АЭ-10

Приложение №3 к извещению о закупке №23150803001 от «21» марта 2023 года.

5	Часы приборные/реле времени	шт	Реле времени РВ-30 представляет собой часовой механизм со свободным без протяжки штифтовым ходом и колебательной системой «баланс-спираль», составляющими механическую автоколебательную систему. На валу пружинного двигателя часового механизма укреплен кулачок, взаимодействующий с контактной группой. Основными частями механизма реле времени являются: пружинный двигатель; основная зубчатая передача; спусковой механизм; колебательная система. Исполнение заводного вала: с квадратным сечением и резьбовым отверстием (РВ-30А без рукоятки). Технические характеристики Реле времени РВ-30 (таймер выключения РВ-30А) Диапазон выдержки времени (мин) 2—30 Максимальная относительная погрешность выдержки времени, не более (%) 8 Номинальное напряжение коммутируемой цепи при частоте переменного тока 50 Гц (В) 220 Вид контактных групп две размыкающиеся Номинальная сила тока через контакты, не более (А) 6 Диапазон рабочих температур (°С) 1—55 Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254 IP00 Относительная влажность окружающего воздуха, при 25 °С, не более (%) 93 Угол поворота заводного вала, соответствующий выдержке времени 1 мин (град.) 10° Квадратное сечение заводного вала (мм) ≈3х3 Резьбовое отверстие заводного вала (не проверено) М1,5 Габаритные размеры, не более (мм) 58х64х68 Масса, не более (кг) 0,28 Средний срок службы, не менее (лет) 10 Отверстие заводного вала герметизируется резиновым кольцом-прокладкой. Для встраивания и крепления в корпусе реле имеются три резьбовых отверстия.	1	РВ-30А	ДТ-30
6	Часы процедурные	шт	Диапазон выдержки времени (мин) 2-30 Коммутируемый переменный ток при напряжении до 220 В с частотой 50 или 60 Гц, не более (А) 5 Коммутируемый постоянный ток при напряжении до 220 В, не более (А) 2,5 Относительная погрешность выдержки времени (отключения) (%) ±8 Количество контактных групп 2 Диапазон рабочих температур эксплуатации (°С) 1-60 Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, не более (%) 95 Габаритные размеры, не более (мм) 82х82х90 Масса, не более (кг) 0,32 Средний полный срок службы, не менее (лет) 10	2	РВ-1-30	УЗТ 1.01 УВЧ-80


Приложение №3 к извещению о закупке №23150803001 от «21» марта 2023 года.

7	Лампа галогенная	шт	Номинальная мощность (Вт) 95 Номинальное напряжение (В) 17 Номинальный ток (А) 5,59 Цветовая температура (К) 2900 Световой поток (лм) 2150 Срок службы при 50% отказов (ч) 2000 Рабочее положение h 90 Макс. допустимая температура штырьков (°C) 350 Макс. допустимая температура колбы (°C) 900 Размеры нити накала ШхВ [w x h] (мм) 5,8х2,9 Тип цоколя G6,35	4	55292,14623	Стом.установки
8	Лампа галогенная	шт	Цвет белый Исполнение Прозрачное Общая Длина 35 мм Диаметр 13 мм Световой Поток 1800 лм Напряжение лампы 12 в Срок службы 500 ч Форма колбы лампы стандартная Цоколь G 6.35 Мощность лампы 100 вт	5	64623	Гин.свет
9	Пьезоэлемент	шт	Рабочая частота F1 0,88 МГц; Рабочая частота F3 2,64 МГц; Диаметр пьезоэлемента 25 мм; Высота пьезоэлемента 2,4 мм	4	TA7.124.006-03	УЗТ 1.01
10	Пьезоэлемент	шт	Рабочая частота F1 0,88 МГц Рабочая частота F2 2,64 МГц Диаметр пьезоэлемента 13 мм Высота пьезоэлемента 2,4 мм	2	TA7.124.006-01	УЗТ 1.01
11	Манометр электроконтактный	шт	Диаметр корпуса, мм: 100. Резьба: M20x1,5. Диапазон измерения, кПа: 0-400. Класс точности: 1,5. Масса, нетто кг: 1,0	1	ДМ2010CrY2	ГП-100-3
12	Датчик температуры	шт	Металлический погружной датчик Штекер трехконтактный с защелками Длина кабеля 200 мм Длина 180мм, Диаметр 4 мм	1	Бионар	Система обеззараживания Бионар
13	Контейнер с крышкой	шт	Объем 16 л Работа в микроволновой камере мощностью 1800Вт Частота ЭМ излучения 2450 МГц	1	Бионар	
14	Бактерицидная лампа	шт	Мощность лампы (Вт) 8 Напряжение лампы (В) 56 Ток в лампе (А) 0,15 Длина: 302,5 мм Диаметр: 16 мм УФ-С излучение (Вт) 2,1 Срок полезного использования (ч) 8000 Срок службы при 50% отказов ЕМ 8000 Спад светового потока после 5000 ч. [2003г.] (%) 20 Содержание ртути (мг) 4.4 Тип цоколя G5 Форма колбы T5 Вес нетто (г) 29	24	TUV8	Облучатели

Приложение №3 к извещению о закупке №23150803001 от «21» марта 2023 года.

15	Бактерицидная лампа	шт	Длина, мм 451,6 Диаметр, мм 25,5 Расстояние между плоскостями цоколей, мм 437,4 Мощность, Вт 15 Тип цоколя G13 Ток лампы, А 0,31 Длина волны бактерицидного потока, нм 254 Мощность бактерицидного потока, Вт 4,9 Напряжение на лампе, В 55 Срок службы, ч 9000 Вес одной лампы, кг 0,07	24	TUV15	Облучатели
16	Электронный балласт/Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА	шт	Мощность, Вт: 18 Тип ПРА: ЭПРА Степень защиты: IP20 Длина, мм: 195 Высота, мм: 19 Способ монтажа: Встраиваемый Количество ламп: 1 Входное напряжение, В: 230 Напряжение, В: 220 Ширина, мм: 28	2	21519	Облучатели, камеры хранения стер.инстр.
17	Электронный балласт/Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА	шт	Мощность, Вт: 36 Тип ПРА: ЭПРА Степень защиты: IP20 Длина, мм: 195 Высота, мм: 19 Способ монтажа: Встраиваемый Количество ламп: 1 Входное напряжение, В: 230 Напряжение, В: 220 Ширина, мм: 28	2	21521	Камеры хранения стерильных инструментов
18	Электронный балласт/Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА	шт	Мощность ламп, Вт 18 Мощность, Вт 18 Тип ПРА ЭПРА Степень защиты IP20 Заземление: Да Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 Количество ламп: 2 Способ монтажа: Накладной Входное напряжение, В: 180-256 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 0.187 Ширина, мм: 30 Частота, Гц: 50	2		Облучатели

И.о.Главного врача



Л.Н. Рогозина