

Техническое задание

1. Общие требования:

1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица	Кол-во
1	Вакуумные пробирки для исследования сыворотки с наполнителем – активатором свертывания	Цвет крышки: красный Буквенный код: Z Наполнитель – активатор свертывания Материал пробирки: пластик Материал для исследования: цельная кровь Применение: гематология, хранение биоматериала Наполнители: отсутствуют Размер пробирок (мм): 13x75 Стандартный объем образца (мл): 4 Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин. Время свертывания крови: 2 часа Рабочая температура: 0°C-37°C Максимальный срок хранения образцов: 48 часов Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%	шт	6000
2	Вакуумные пробирки для гематологических исследований с К3 ЭДТА	Кодовый цвет крышки: фиолетовый Материал пробирки: пластик Материал для исследования: цельная кровь Применение: гематология Наполнители: EDTA K3 Размер пробирок (мм.): 13x75 Стандартный объем образца (мл): 4 Сухая или жидкая ЭДТА К3 нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1.2 мг — 2.0 мг (0.00411 моль/литр — 0.006843 моль/литр) сухой ЭДТА на 1 мл крови. Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин. Рабочая температура: 0°C-37°C Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%	шт	6000
3	Вакуумные пробирки для коагулологических исследований с цитратом натрия 3,8%	Кодовый цвет крышки: голубой Материал пробирки: пластик Материал для исследования: цитратная плазма Применение: коагулология Наполнители: раствор цитрата натрия (цитрат Na) в концентрации 0.129 моль/л (3.8%)	шт	1200

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805015 от «14» августа 2023 года.

		Пропорции смешивания: 1 часть цитрата натрия к 9 частям крови, pH крови остается в пределах 7.1-7.35 (Буферное решение для предотвращения изменений pH, важно для протромбиновых параметров) Размер пробирок (мм.): 13x100 Стандартный объем образца (мл): 4.5 Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин. Рабочая температура: 0°C-37°C Максимальный срок хранения образцов: 3-6 часов Максимальное отклонение содержания вакуума: 5%		
4	Иглы двусторонние	Материал иглы - нержавеющая сталь. Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке. Силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри. Гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови; Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы; тройная копьевидная заточка лазером. Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель. Длина иглы 38 мм (1 1/2 дюйма) Диаметр иглы 0,8 мм (21G) Цветовая кодировка - зеленая	шт	4000

Ко всему Товару Поставщик прилагает следующую документацию:

- Товарную накладную;
- Регистрационные Удостоверения;
- Сертификаты Соответствия;

Инструкции по использованию.

Главный врач



Зобова А.Н.