

Техническое задание

1. Общие требования:

1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	Количество
1	Набор реагентов для качественного определения скрытой крови в кале человека №10	Набор реагентов для качественного определения скрытой крови в кале человека методом иммунохроматографического анализа. В состав набора входят: - планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем - не менее 10 шт; - пипетка для внесения образца -10 шт - реагент для разведения образца - 10 флакон; - аппликатор для отбора пробы кала – 10шт - наклейки для записи данных о пациенте. Технические характеристики: Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) гемоглобина составляет не ниже 50 нг/мл. Время проведения анализа - 5 мин. Полученные результаты оцениваются не позднее 20 минут после проведения анализа.	упак	175

Главный врач



Зобова А.Н.