

## Техническое задание

<b>1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора</b>				
<b>Наименование товара, работы, услуги</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Количество (объем)</b>	<b>Цена за единицу</b>	<b>Всего</b>
Шапка ЭЭГ с электродами Ag/AgCl, размер: 57-62 см (взрослая большая), электродов: 21	шт	1	48531,50	48531,50
Шапка ЭЭГ с электродами Ag/AgCl, размер: 52-57 см (взрослая средняя), электродов: 21	шт	1	48531,50	48531,50
<b>ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)</b>	-	-	-	97063,00
<b>Порядок формирования начальной (максимальной) цены</b>	Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей).			
<b>2. Требования к товарам</b>				
<b>Шапка ЭЭГ с электродами Ag/AgCl, размер: 57-62 см (взрослая большая), электродов: 21</b>	Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим	<p>"Шапка со встроенными электродами по системе 10-20.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основа: прутья из эластичного материала, связанные в каркас по форме головы;</li> <li>- размер по окружности головы в диапазоне не менее - не более: 57-62 см</li> <li>- количество электродов скальповых, не менее: 19</li> <li>- количество электродов референтных (REF), не менее: 1</li> <li>- количество электродов заземляющих (GND), не менее: 1</li> <li>- материал контактной поверхности электродов: Ag/AgCl</li> <li>- кодировка размеров - цветная</li> <li>- трубы каркаса с возможностью замены при выходе из строя</li> <li>- запасные электроды-с возможностью замены при выходе из строя</li> <li>- лямка для подбородка типа "липучка"</li> <li>- открытый доступ к месту наложения каждого электрода и области вокруг него с диаметром не менее 2 см при установленной на пациенте шапке</li> <li>- площадь контактной поверхности каждого электрода, не менее: 0,5 см<sup>2</sup></li> <li>- возможность бесступенчатого изменения расстояния между</li> </ul>		

	законодательством РФ или договором.	каждой парой электродов в диапазоне, не менее: +/-1 см - разъем для подключения к ЭЭГ / схема распайки: 25-контактный DSUB / по стандарту ElectroCap - длина кабеля в диапазоне: 80 - 90 см - комплект принадлежностей: лента измерительная (не менее 1 шт), наконечники для шприца для закачивания геля (не менее 5 шт)- комплект принадлежностей: лента измерительная (не менее 1 шт), наконечники для шприца для закачивания геля (не менее 5 шт)
<b>Шапка ЭЭГ с электродами Ag/AgCl, размер: 57-62 см (взрослая большая), электродов: 21</b>	Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или договором.	Шапка со встроенными электродами по системе 10-20. Параметры: - основа: прутья из эластичного материала, связанные в каркас по форме головы; - размер по окружности головы в диапазоне не менее - не более: 52-57 см - количество электродов скальповых, не менее: 19 - количество электродов референтных (REF), не менее: 1 - количество электродов заземляющих (GND), не менее: 1 - материал контактной поверхности электродов: Ag/AgCl - кодировка размеров - цветная - трубы каркаса с возможностью замены при выходе из строя - запасные электроды-с возможностью замены при выходе из строя - лямка для подбородка типа "липучка" - открытый доступ к месту наложения каждого электрода и области вокруг него с диаметром не менее 2 см при установленной на пациенте шапке - площадь контактной поверхности каждого электрода, не менее: 0.5 см <sup>2</sup> - возможность бесступенчатого изменения расстояния между каждой парой электродов в диапазоне, не менее: +/-1 см - разъем для подключения к ЭЭГ / схема распайки: 25-контактный DSUB / по стандарту ElectroCap - длина кабеля в диапазоне: 80 - 90 см - комплект принадлежностей: лента измерительная (не менее 1 шт), наконечники для шприца для закачивания геля (не менее 5 шт)

### **3. Требования к результатам**

Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с договором требованиям.

### **4. Место, условия и порядок поставки товара**

Место поставки товара	на склад Покупателя, расположенный по адресу: 164200), г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а
Условия поставки товара	Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»; товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия .
Сроки поставки товаров, выполнения работ,	поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента заявки

оказания услуг	
----------------	--

**5. Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы