

Техническое задание

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора				
Наименование товара, работы, услуги	Ед.из м.	Количество (объем)	Цена за единицу	Всего
<u>Набулайзер PARI LL с прерывателем воздушного потока</u>	шт	6	4897,67	29386,02
ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	-	-	-	29386,02
Порядок формирования начальной (максимальной) цены	Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей).			
2. Требования к товарам				
Назначение:	Предназначен для ингаляционной терапии крупных и мелких бронхов у взрослых и детей старше-х лет.			
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> - Верхняя часть с клапаном вдоха – 1шт - Клапан вдоха – 1 шт. - Резервуар для медикамента -1 шт. - Нижняя часть – 1 шт. - Мундштук пластмассовый с клапаном выдоха многоразовый – 1 шт. - Адаптер к трубке–воздуховоду – 1 шт. - Сопло – 1 шт. - Игла для чистки сопла – 1 шт. 			
Технические характеристики:				
Минимальный поток при соответствующем минимальном рабочем давлении 0.8 бар	3.5 л/мин			
Максимальный поток при соответствующем максимальном рабочем давлении 2 бар	6 л/мин			
Минимальный заполняемый объем	2 мл			
Максимальный заполняемый объем	8 мл			
Химическая дезинфекция	Наличие			
Термическая дезинфекция	Наличие			
Автоклавирование при t до 137°C	Наличие			
Характеристики аэрозоля в комбинации с компрессором PARI BOY SX:				

Общий выход аэрозоля	470 мг/мин	Не более		
Средний диаметр частиц	3,7 мкм	Не более		
Доля частиц менее 5 мкм	64%	Не менее		
Характеристики аэрозоля в комбинации с компрессором PARI MASTER:				
Общий выход аэрозоля	480 мг/мин	Не более		
Средний диаметр частиц	3,6 мкм	Не более		
Доля частиц менее 5 мкм	65%	Не менее		
Характеристики аэрозоля в комбинации с разведением кислорода (поток 6 л/мин, давление 2.0 бар):				
Общий выход аэрозоля	500 мг/мин			
Средний диаметр частиц	3.1 мкм			
Доля частиц менее 5 мкм	72%			
Измерено с помощью прибора MasterSizer X при t 23°C и влажности воздуха 50%. Распыление раствора NaCl 0.9% (5 мл). Инспираторный поток 20 л/мин.				
Срок службы составных частей небулайзера при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации	36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию	Не менее		
Срок хранения	Не определен			
Гарантия производителя	Нет			
Срок годности	Не определен			
3. Требования к результатам				
Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с договором требованиям.				
4. Место, условия и порядок поставки товара				
Место поставки товара	на склад Покупателя, расположенный по адресу: 164200), г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а			
Условия поставки товара	Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»; товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия .			
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента заявки			
5. Форма, сроки и порядок оплаты				
Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы				